

Grundausrüstung gem. § 25 Abs. 2 und 4 QS-VO 2023

- Ausstattung für die Erhebung des klinischen Status:
 - Technische Einrichtung zur Ansicht von radiologischen Bilddateien (PC),
 - Ausstattung für parenterale Medikamentengabe;
- Ausstattung für Notfallmanagement,
- Dem Stand der Technik (EDV) entsprechende
 - Ausstattung zur Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht,
- Ordinationsschild mit Nennung des ausgeübten Faches und der Erreichbarkeit.

Von der ÖÄK definierte dem Leistungsspektrum bzw. der Funktion der Ordination entsprechende fachspezifische Ausstattung gem. § 25 Abs. 3 und 4 QS-VO 2023

- Möglichkeit zur Abstrichuntersuchung,
- Mikroskop,
- (Tisch-)Zentrifuge (Harnsediment),
- Untersuchungstisch (Steinschnittlagerung),
- Endoskopieausrüstung,
- Ausstattung zu chirurgischen Eingriffen inkl. lokaler und/oder Leitungs-Anästhesie,
- Inkubator (bakteriologische Untersuchung),
- Ultraschallgerät,
- Bilddokumentation,
- Harnflussmessung (Uroflowmeter, Durchfluss oder Waageprinzip),
- Harnanalysegerät,
- Ausstattung zum adäquaten Monitoring.